

情報公開（オプトアウト）

1. 承認番号	7-17
2. 課 題 名	新規 FER 測定試薬の評価試験
3. 研究の期間	契約締結日 ～ 2026 年 9 月 30 日
4. 研究の概要	① 目的 栄研化学株式会社との共同研究。 被検試薬を用いて、日本電子株式会社製 JCA-ZS050 自動分析装置 クリナライザ BioMajesty™ ZERO における基本性能、臨床性能を確認すること。 ② 内容 被検試薬における基本性能（正確性、併行精度(同時再現性)、試薬安定性(オンボード)、希釈直線性、プロゾーン性能、検出限界(LoB、LoD)、実効感度(LoQ)等)、臨床性能（既存試薬および現行試薬との相関等）を確認する。 ③ 利用する試料 連結不可能匿名化済みの診療残余検体（臨床検体：血清・血漿）を用いる。 ④ 個人情報の取扱いについて 収集したデータは連結可能匿名化し、個人が特定されない状態で研究責任者が管理する。
5. 利益相反	利益関係はない。
6. 連 絡 先	研究責任者 氏名：境谷 真悟 所属：盛岡赤十字病院 医療技術部 検査技術課 連絡先：〒020-8560 岩手県盛岡市三本柳 6-1-1 電話：019-637-3111（内線：287）